

令和 8 年度 指定管理施設の管理運営に関する月次評価について

施設所管課名：民生局健康部市立病院課

1 施設概要

施設名称	横須賀市立市民病院
指定管理者名	公益社団法人地域医療振興協会
指定期間	令和 4 年 4 月 1 日～令和 14 年 3 月 31 日（10 年間）

2 月次評価

評価月	評価
4 月	4 月 20 日に現地確認を行い、指定管理者より運営状況を聴取し、協定書に基づいた運営が行われていることを確認した。 4 月の 1 日平均患者数は、入院患者 159.7 人、外来患者 278.4 人であった。 管理の執行体制について、医療事故、緊急事態及び犯行予告発生時の通報体制について聞き取りを行った。責任者及び通報フローが定められており、通報フローは事務室内などに掲示され、事故や緊急の事象が発生した際には、速やかに情報が伝達される運用となっていることを確認した。 医療機械の維持管理について、各種実施報告書を確認し、磁気共鳴画像診断装置 3T（Skylla）、CT スキャナ装置（ONE 320 列）、一般 X 線撮影装置（第 5）、全自動化学発光免疫測定装置 Alonity i アボットの保守・点検が適切に実施されていることを確認した。 既に完了している修繕物件から無作為に抽出した「一般撮影装置 管路交換修繕」について、適切に修繕作業が行われ、修繕後の運用でも問題が発生していないことを施設担当者からのヒアリングと事業者からの作業報告書で確認した。 以上の結果、指定管理者による適切な運営、維持管理が認められた。
5 月	5 月 18 日に現地確認を行い、指定管理者より運営状況を聴取し、協定書に基づいた運営が行われていることを確認した。 5 月の 1 日平均患者数は、入院患者 169.4 人、外来患者 294.7 人であった。 管理の執行体制について、医療事故、緊急事態及び犯行予告発生時の通報体制について聞き取りを行った。責任者及び通報フローが定められており、通報フローは事務室内などに掲示され、事故や緊急の事象が発生した際には、速やかに情報が伝達される運用となっていることを確認

	した。 医療機械の維持管理について、各種実施報告書を確認し、磁気共鳴画像診断装置 3T (Skylla)、CT スキャナ装置 (ONE 320 列)、一般 X 線撮影装置 (第 5)、全自動化学発光免疫測定装置 Alonity i アボットの保守・点検が適切に実施されていることを確認した。 既に完了している修繕物件から無作為に抽出した「一般撮影装置 管球交換修繕」について、適切に修繕作業が行われ、修繕後の運用でも問題が発生していないことを施設担当者からのヒアリングと事業者からの作業報告書で確認した。 以上の結果、指定管理者による適切な運営、維持管理が認められた。
--	--